



Societat	Nº Expedient	Document
GINSA, AIE	Ref. 0073/5	Informe sobre la Necessitat

DOCUMENT: RESOLUCIÓ DE DUBTES

ASSUMpte: ACORD MARC DELS SUBMINISTRAMENTS DELS EQUIPS I MATERIAL Fungible de l'Hospital de Dia d'Oncologia de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, tramitat per gestió integral sanitària i assistencial, per procediment obert i tràmit ordinari

PREGUNTA:

A l'apartat 6 del Plec de Prescripcions Tècniques s'especifiquen com a requeriments mínims de l'Equip de Bomba d'Infusió:

- **Sistema de seguretat que permeti prevenir errors de dosificació de la medicació.**
-
- **Possibilitat d'utilitzar protocols de fàrmacs i dosificació de la medicació.**

Ens poden aclarir a què es refereixen amb aquests requeriments, que entenem són d'obligat compliment?

RESPOSTA:

Quan parlem de sistemes de seguretat que permeti prevenir errors de dosificació de la medicació ens referim que existeixin rangs de seguretat per medicament que ens donin la seguretat que cadascun dels fàrmacs s'administrarà segons els criteris predefinitos. Per exemple, si un fàrmac no es pot administrar a menys o per sobre de x mil/h la bomba ens avisarà.

Pel que fa a la possibilitat d'utilitzar protocols de fàrmacs i dosificació, que pugui ser carregada tota la teràpia assignada. A mode d'exemple, si seleccionem una teràpia amb multipasos es carreguin automàticament els paràmetres per evitar errors en la programació de les bombes.

Reus, 4 de maig de 2017