

Entitat	Número de registre	Document
GECOHA	Número de referència: Expedient 141/3 Número de contracte: GECOHA 34/2017	03. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques

ASSUMPTE: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER L'ADQUISICIÓ D'UNA INCUBADORA DE CONTROLS BIOLÒGICS DE VAPOR, AIXÍ COM EL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL FUNGIBLE I EL CONTRACTE DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU

ÍNDEX

PRIMER. OBJECTE DEL CONTRACTE	2
SEGON. MOTIVACIÓ	3
TERCER. ENTITAT CONTRACTANT	4
QUART. DURADA DEL CONTRACTE	5
CINQUENA. RÈGIM ECONÒMIC	5
SISENA. TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT I PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ	7
SETENA. MESA DE CONTRACTACIÓ	7
VUITENA. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ	7
NOVENA. CARACTERÍSTIQUES GENÈRIQUES, ESPECIFICACIONS DEL FUNGIBLE, ESPECIFICACIONS DEL FUNGIBLE I GARANTIA I SERVEI TÈCNIC .	10
DESENA. MILLORES DEL SERVEI	14
ONZENA. BAIXES ANORMALS O DESPROPORCIONADES	14
DOTZENA. FACTURACIÓ	15

PRIMER. OBJECTE DEL CONTRACTE

És objecte de la present licitació l'adquisició d'una incubadora de controls biològics de vapor, així com la seva instal·lació, el subministrament dels fungibles associats a la utilització de la mateixa, i posterior manteniment integral (manteniment de caràcter preventiu, correctiu, tècnic legal i l'evolutiu i d'actualització), per la central d'esterilització de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre (en endavant HCME), ubicat al carrer Benet Messeguer, s/n, C.P. 43740 de Móra d'Ebre.

Juntament amb la compra, es contracta el servei post-venta de manteniment de la instal·lació que es compra.

Les operacions de manteniment han de garantir l'adequada utilització, la bona conservació i la durabilitat de la instal·lació que és objecte de compra, per la qual cosa és necessari utilitzar peces i recanvis originals o autoritzats pel fabricant. En garantia d'aquesta finalitat, es planteja el contracte de manteniment de manera conjunta amb el de la compra. La no contractació del manteniment d'un servei d'assistència tècnica homologat/autoritzat pel fabricant podria comportar que el fabricant declinés qualsevol responsabilitat pels danys causats per treballs realitzats per tercers, amb els conseqüents problemes que podria comportar en el funcionament de la nova instal·lació en cas d'averia, podent quedar alterat de forma molt important el normal funcionament de l'activitat desenvolupada a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre (en endavant HCME).

Per tot l'anterior, aquest contracte consta fonamentalment de dues parts: la compra i la instal·lació d'una incubadora de controls biològics de vapor per la central d'esterilització de l'HCME, i el seu manteniment.

Aquest contracte inclou la realització de les revisions periòdiques i els controls de seguretat assenyalats pel fabricant. Queda inclòs també el manteniment correctiu, mitjançant la realització de reparacions, els ajustos, les verificacions i/o calibracions necessàries per al seu correcte funcionament, en els termes que són assenyalats en el plec de prescripcions tècniques.

Totes les operacions han d'anar encaminades a la utilització dels aparells objecte de compra segons la finalitat prevista.

La Circular 3/2012 de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), sobre "Recomanacions aplicables en l'Assistència Tècnica de Productes Sanitaris en els Centres Sanitaris" assenjala que és el fabricant qui assumeix la responsabilitat sobre els productes que posa al mercat i qui, mitjançant les instruccions d'ús, instal·lació i manteniment adequades, garanteix la seguretat i el bon funcionament del producte durant la seva vida útil. La garantia oferta inicialment pel fabricant ha de preservar-se al llarg de tota la cadena de comercialització i posada en servei del producte, que comprèn al representant autoritzat, els distribuïdors i qualsevol persona que intervingui en la posada en mercat, la comercialització, la posada en servei, la instal·lació i el manteniment dels productes, els quals assumeixen, també, la responsabilitat inherent a la seva participació en aquesta cadena.



Societat	Nº expedient anualitat	Nº document
GECOHS	34/2017 (AJ 141/03)	03. PPT

En el marc de la normativa d'aplicació, es justifica la contractació conjunta de la compra i la selecció de l'entitat responsable de proporcionar el manteniment; que segons la Circular 3/2012, el manteniment és el conjunt d'operacions preventives i correctives realitzades pel personal tècnic, necessàries perquè el producte sanitari s'utilitzi i romangui en funcionament conforme a les especificacions del fabricant durant la seva utilització, amb el benentès que aquest manteniment ha de ser encarregat a persones i/o entitats que tinguin el coneixement necessari i la qualificació professional (l'entitat responsable de proporcionar el manteniment pot ser el fabricant, el seu representant o el Servei d'Assistència Tècnica, qui alhora encarregaran aquestes tasques a personal que hagi estat prèviament qualificat). En aplicació del principi d'adjudicatari únic dels contractes, en cas que el servei d'assistència tècnica no sigui ni funcional ni patrimonialment dependent del subministrador de l'aparell caldrà donar compliment als extrems que s'assenyalin en aquest document.

Per tot l'anterior, aquest contracte consta fonamentalment de dues parts: la compra i la instal·lació d'una incubadora de controls biològics de vapor per la central d'esterilització de l'HCME, i el seu manteniment.

SEGON. MOTIVACIÓ

La compra d'aquesta instal·lació es deu a la necessitat de cobrir la substitució d'un equip obsolet, que ha provocat que no hagi pogut ser reparat.

Considerant que en aplicació de l'article 3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP) estan dins el seu àmbit d'aplicació les societats mercantils en el capital social de les quals la participació, directa o indirecta, d'entitats de les assenyalades a les lletres a) a f) del mateix precepte sigui superior al 50%.

En aquest sentit, GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA, SA és una societat mercantil quin capital pertany íntegrament a l'AJUNTAMENT DE REUS, i que ha de subjectar la seva contractació al disposat al TRLCSP.

Tant el plec de prescripcions tècniques (en endavant PPT), com aquest plec de clàusules (en endavant PCA) tenen caràcter contractual, per la qual cosa hauran de ser signats, en prova de conformitat, per l'adjudicatari.

Les necessitats que es pretenen satisfer mitjançant aquest contracte estan vinculades amb les competències que es fan constar a l'informe de necessitats del contracte, elaborat pels responsables del centre amb competències en la matèria, i d'acord amb la previsió de l'article 22 del TRLCSP, i la clàusula 27.2 a) de les instruccions reguladores dels procediments d'adjudicació dels contractes públics d'obres, de subministraments i de serveis no harmonitzats, quina modificació va ser aprovada pel Consell d'Administració de GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA, SA en sessió de data 30.10.2014, i publicades al perfil de contractant (www.grupsagessa.cat) en data 10.03.2015.



TERCER. ENTITAT CONTRACTANT

GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA, SA, amb NIF A-43.117.233, està subjecta a les disposicions del TRLCSP relatives a la preparació i a l'adjudicació del contracte que, com a poder adjudicador que no té caràcter d'Administració Pública, li són aplicables, i amb les peculiaritats previstes en els articles 189 i següents.

Actua com a òrgan de contractació el representant de la Gerència i/o el/la Conseller/a Delegat/da de GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA, SA.

Així mateix, l'òrgan de contractació designa com a Responsable del Contracte la Direcció de l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre i la Direcció de Serveis i Recursos Altebrat.

La persona responsable del contracte exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l'execució del contracte, les funcions específiques que, segons l'articulat d'aquest plec de clàusules i del plec de prescripcions tècniques se li atribueixin per tal de minimitzar l'impacte administratiu i tècnic de les incidències d'execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en el contracte. En concret, i a més de les assenyalades en els plecs, tindrà les funcions següents:

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions contractuals.


b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció específica no correspongués a altres persones.

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació pactada.

d) Informar del nivell de satisfacció de l'execució del contracte. A banda de totes aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetrà un informe d'avaluació final de la contractació que farà referència a diferents aspectes de l'execució del contracte, l'adequació del disseny (si s'escau) als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.

A banda de totes aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetrà un informe d'avaluació final de la contractació que farà referència a diferents aspectes de l'execució del contracte, l'adequació del disseny (si s'escau) als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.

L'òrgan de contractació podrà designar en qualsevol moment un altre Responsable del contracte per al desenvolupament d'aquesta funció, qui podrà ser una persona física o jurídica, vinculada a GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA, SA, directa o indirectament, o aliena a aquesta.



QUART. DURADA DEL CONTRACTE

4.1. Respecte l'entrega dels equips:

El termini màxim de lliurament de la incubadora serà de 15 dies, des de la data de formalització del contracte. El dia de lliurament i instal·lació ha de tenir la conveniència de l'hospital. El responsable del contracte facilitarà el dia i hora per a la instal·lació per tal d'interrompre el mínim possible el servei de l'hospital. El termini d'entrega ha de ser especificat en dies.

4.2.1. Vigència inicial: 4 anys.

4.2.2. Pròrrogues: es contempla la possibilitat de dues pròrrogues, d'UN (1) any cadascuna.

4.2.3. Inici del servei: El termini màxim per al lliurament i per a la instal·lació de l'aparell serà de 15 dies, a comptar de la data de formalització del contracte. Així mateix, un cop finalitzat el termini de garantia de dos (2) anys, que es començarà a comptar amb l'acta de recepció amb conformitat de l'aparell, s'iniciarà el contracte de manteniment per un període de dos (2) anys, més dues (2) pròrrogues d'un (1) any.

CINQUENA. RÈGIM ECONÒMIC

5.1. Per l'adquisició dels equips:

5.1.1. Pressupost:

Incubadora: 2000.- €, sense IVA.

5.1.2. Modificacions: No es preveuen.

5.1.3. Revisió de preus: No es contemplen.

5.2. Per al contracte de subministrament de material fungible

5.2.1. Pressupost anual: 1550 € anuals, sense IVA.

Consum previst de 500 controls biològics anuals. Preu unitari 3.10€

5.2.2. Modificacions durant vigència contracte: 30% de modificació degut a possibilitat d'increment d'activitat quirúrgica o d'exigències de control de qualitat del procés.

5.2.3. Revisió de preus: No es contemplen

5.4 Per al contracte del manteniment:

5.2.1. Pressupost anual: 140 € anuals, sense IVA.



5.2.2. Modificacions durant vigència contracte:

Compra d'elements: 400 € (IVA exclòs).
Intervencions de manteniment: 240€ (IVA exclòs).

5.2.3. Revisió de preus: No es contemplen

5.3. Valor estimat:

El valor estimat del contracte ascendeix a 14.360 € (IVA exclòs) segons el següent detall:

- Compra del aparell: 2.000,00 € (IVA exclòs).
- Subministrament de fungible durant 4 anys de contracte: 6200€ (IVA exclòs)
- Subministrament de fungible en cas de pròrroga, 2 anualitat: 3.100€ (IVA exclòs)
- Modificacions subministrament de fungible (30% del total de contracte): 1860€ (IVA exclòs)
- Manteniment durant dos (2) anys: 280 € (IVA exclòs).
- Manteniment en cas de pròrroga, 2 anualitat: 280 € (IVA exclòs).
- Modificacions previstes:
 - Compra d'elements: 400 € (IVA exclòs).
 - Intervencions de manteniment correctiu: 240 € (IVA exclòs).


Els imports previstos pel subministrament de material fungible (controls biològics) són previsions en tant que només meritaren en el supòsit que es produeixi la seva comanda pertinent. El subministrament de fungible es farà amb petició expressa de GECOHS.

Els imports previstos pels manteniments correctius i la compra d'elements són previsions en tant que només meritaren en el supòsit que es produeixi una averia o millora de l'equip que els requereixi. Aquestes actuacions sempre es faran amb petició expressa de GECOHS.

Atenent al fet que es contracta el manteniment preventiu, es contempla incorporar les reparacions (enteses com actuacions de manteniment correctiu) que s'hagin de realitzar per a la correcció de qualsevol anomalia i defecte que pugui afectar als aparells.

Es demanarà als licitadors que a les seves ofertes assenyalin el preu dels recanvis i consumibles més usuals, així com els preus de les tarifes corresponents a l'any en curs, referits als costos de les intervencions de manteniment correctiu (cost hora operari, desplaçaments...).

Per a aquests casos, la compra d'elements i recanvis no inclosos en el contracte de manteniment preventiu no serà superior al 20% de l'import de compra dels aparells.



Societat	Nº expedient anualitat	Nº document
GECO HSA	34/2017 (AJ 141/03)	03. PPT

I els costos de les intervencions de manteniment correctiu no inclosos en el manteniment preventiu no seran superior al 30% de l'import total per als 4 anys màxims de vigència del contracte de manteniment.

SISENA. TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT I PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ

Forma de tramitació: Ordinària.

Procediment d'adjudicació: Procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada i adjudicació mitjançant l'aplicació de més d'un criteri de valoració.

Tramitació electrònica: No procedeix.

SETENA. MESA DE CONTRACTACIÓ

Presidenta: Sra. Pilar Vernet Moya, Directora de Serveis i Recursos Altebrat.

Vocals:

- Vocal: Sra. Lourdes Celeiro Escartin, Supervisora de l'Àrea Quirúrgica de l'Hospital de Móra d'Ebre.
- Vocal: Sr. Antoni Foz, Director Aprovisionament, de GINSA, AIE.
- Vocal: Sr. Carles Abelló Pellicer, Director Econòmic Financer, de GINSA, AIE.

Secretari: Sandra Rodríguez, Unitat de Contractació, de GINSA, AIE.

Els vocals tècnics de la Mesa de Contractació per a la valoració i emissió del corresponent informe (criteris avaluables amb judicis de valor i criteris de quantificació automàtica) serà:

- Sra. Lourdes Celeiro Escartin, Supervisora de l'Àrea Quirúrgica de l'Hospital de Móra d'Ebre.
- Sr. Ricard Peris, Cap de Manteniment de l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre.


Tots els membres de la Mesa tindran veu i vot, a excepció del Secretari que només tindrà veu.

De totes les reunions de la Mesa de Contractació s'aixecarà acta que reflecteixi l'esdevenut, incorporant-se a les mateixes, si s'escau, els informes emesos per a auxiliar les decisions d'aquest òrgan.

VUITENA. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

8.1. CRITERIS OBJECTIUS I AVALUABLES A TRAVÉS DE FÓRMULA: 75 punts.

- a) Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors per la compra de la incubadora, de la següent manera (25 punts):



$$\text{puntuació licitador } y = (\text{oferta més barata} \times 25 / \text{oferta licitador } y)$$

L'oferta econòmica serà el resultat de sumar l'import de la compra de l'aparell i el manteniment preventiu dels dos anys més les dues pròrrogues d'un any cadascuna.

S'adverteix que, els licitadors que no presentin una baixa a l'oferta de preu màxim unitari de licitació, obtindran una puntuació 0 en aquest punt.

Seràn excloses les ofertes que presentin en les seves ofertes imports superiors als assenyalats per a cada aparell, i al manteniment.

- b) Es valorarà a les ofertes econòmiques en l'apartat de subministrament de fungible segons (35 punts):

$$\text{puntuació licitador } y = (\text{oferta més barata} \times 35 / \text{oferta licitador } y)$$

S'adverteix que, els licitadors que no presentin una baixa a l'oferta de preu màxim unitari de licitació, obtindran una puntuació 0 en aquest punt.

L'oferta econòmica serà el resultat de realitzar la mitjana de les diferents opcions de controls biològiques presentades que puguin ser compatibles amb la incubadora les característiques de les quals es detallen en el plec de prescripcions tècniques.

- c) Es valorarà les ofertes econòmiques en l'apartat del manteniment correctiu de la següent manera (15 punts):

$$\text{puntuació licitador } y = (H \text{ més barata} \times 15 / \text{oferta } H \text{ licitador } y)$$

on $H = 2 \times$ preu hora de manteniment correctiu + 1 desplaçament

S'adverteix que, els licitadors que no presentin una baixa a l'oferta de preu màxim unitari de licitació, obtindran una puntuació 0 en aquest punt.

El concepte H equivaldrà al cost que tindrà cada intervenció correctiva. En l'oferta econòmica els licitadors hauran d'assenyalar el cost de l'hora d'intervenció, a la qual se li haurà d'afegir el cost del desplaçament, que considerant la praxis del sector, normalment va a banda.

Per al càlcul de la puntuació d'aquest apartat, el preu hora de manteniment correctiu que proposin els oferents es multiplicarà per 2, considerant que normalment les

Societat	Nº expedient anualitat	Nº document
GECOHS	34/2017 (AJ 141/03)	03. PPT

actuacions s'acostumen a resoldre amb dues hores. La multiplicació per 2 permet corregir incongruències com per exemple:

Oferta A

Preu hora 30

Desplaçament 30

Oferta B

Preu hora 20

Desplaçament 45

Si apliquéssim $H = PH + D$ sortiria

HA=60

HB=65

En aquest cas l'oferta més econòmica és A

Si fem $H = 2 \times PH + D$ sortiria:

HA=90

HB=85

En aquest cas l'oferta més econòmica és B.

Vist que es considera que la mitjana d'actuació són 2 hores, cal primar un plantejament de preu hora més econòmic front el desplaçament, la qual cosa queda corregida amb la fórmula que es proposa.


8.2. CRITERIS SUBJECTIUS I AVALUABLES MITJANÇANT L'EMISSIÓ D'UN JUDICI DE VALOR: 25 punts

8.2.1 Característiques dels aparells a subministrar: 20 punts.

La valoració dels criteris subjectius i avaluable mitjançant un judici de valor es realitzarà atorgant la màxima puntuació valorant en conjunt els aspectes proposats.

Per a la valoració d'aquest criteri es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació al material sol·licitat i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores. En primer lloc es valorarà el compliment dels requeriments bàsics exigits en el plec de prescripcions tècniques, quan una proposició no compleixi aquests requeriments quedarà desestimada.

Les propostes que compleixin els requisits bàsics sol·licitats passaran a ser valorades, essent la distribució de la puntuació d'aquest criteri la següent. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 20 punts sobre 100 d'acord amb el compliment dels requeriments demanats en la descripció tècnica del producte (característiques funcionals i tecnologia), que es distribuïran de la manera següent:



Societat	Nº expedient anualitat	Nº document
GECO HSA	34/2017 (AJ 141/03)	03. PPT

- Característiques funcionals i tecnològiques de l'equip: Fins a 15 punts.
- Nombre d'allotjaments d' incubació i lectura: Fins a 5 punts.

8.2.2 Servei de manteniment de l' aparell (5 punts)

8.2.2.1. Millores en la cobertura del servei post venda (5 punts)

Es valorarà que el manteniment preventiu objecte del contracte incorpori el canvi de peces que, amb motiu del desgast per l'ús, sigui necessari canviar, i que no estiguin incorporades en el manteniment preventiu ordinari objecte del contracte. En aquest apartat, es valorarà el tipus de peces que es prevegi substituir.

S'adverteix als licitadors que durant el període de garantia, si la reparació supera les 48 hores, caldrà facilitar un equip de substitució; no donar compliment a aquest requeriment serà causa de penalització. La penalització consistirà en la indemnització dels costos que suposi per a GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA, SA la disponibilitat d'aquest aparell substitutiu a causa de l'incompliment del contractista.


NOVENA. CARACTERÍSTIQUES GENÈRIQUES, ESPECIFICACIONS DEL FUNGIBLE, ESPECIFICACIONS DEL FUNGIBLE I GARANTIA I SERVEI TÈCNIC .

L'equipament ha de donar compliment a les especificacions, composició i característiques detallades en aquest document.

En el preu assenyalat al plec de condicions s'inclouran tots els elements i material fungible (controls biològics / espores) que es detallen en aquest document, i que són necessaris pel correcte funcionament d'aquesta incubadora. Així mateix s'hauran d'incloure un pla que contempli la formació inicial prèvia a la posada en funcionament.

9.1- Característiques tècniques:

- La incubadora ha de tenir un màxim de 10 allotjaments d'incubació i de lectura i un mínim de 5 allotjaments.
- La lectura dels indicadors s'ha d'efectuar automàticament sense necessitat de treure el control de l'allotjament.
- La incubadora ha d'informar en tot moment del temps restant d'incubació.
- Ha de disposar d'un alarma acústica i lluminosa que indiqui qualsevol resultat positiu.
- Ha d'avisar de qualsevol incidència en relació a la temperatura, data, hora i altres possible problemes de funcionament.
- Ha de permetre de la transferència dels resultats dels indicadors biològics a un PC o smarphone així com ha de permetre la impressió dels resultats.
- Acompliment de la normativa vigent en la motorització i control de cicles d'esterilització per vapor.
- Els resultats de la lectura definitiva han d'estar entre mínim 1 hora i un màxim de 3 hores.



- La incubadora ha de donar compliment a la Directiva de baix voltatge CE 2006/95EC, la Directiva 2011/65EU, la Directiva 2012/19EU d'equipament elèctric i electrònic, la directiva EN 21010-1(2001) i la EN 61010-2-010 (2003). Compliment de la Directiva Europea AMC: 61326-1 Equipament Elèctric i la Directiva 2004/108/EC.

9.2.- Especificacions pel fungible

- Ha de ser compatible amb el procés d'esterilització per autoclau de vapor de 134º C mínim Contenedor que, en l'interior estigui dipositada la càrrega microbiana (G. Stearotermophilus).
- Existència d'indicador de control químic a l'exterior de l'envàs per assegurar el seu processament a l'autoclau de vapor.


9.3.- Especificacions pel manteniment

Caldrà presentar un manual d'usuari i un de tècnic, preferiblement amb català o castellà, amb tota la informació corresponent a la solució d'avaries, peces, protocols de manteniment i periodicitat de les revisions, i descripció del servei. S'inclouen les actualitzacions quan s'incorpori alguna modificació.

El contractista haurà de realitzar sobre els aparells objecte del contracte i els seus components les actuacions de comprovació i de calibratge (**manteniment preventiu**) que siguin necessàries per assegurar l'estat òptim del l'aparell des del punt de vista funcional, de seguretat i de rendiment.

A més a més en els termes assenyalats al plec de condicions, es contempla incorporar les reparacions enteses com actuacions de **manteniment correctiu** o intervencions tècniques destinades a restituir els aparells a les especificacions del fabricant, després de detectada una avaria o un funcionament no correcte. Aquestes anomalies podran ser conegudes pel contractista a través de comunicació realitzada pel Responsable del Contracte o pel Responsable de manteniment del Centre en el corresponent "*Comunicat d'avaría*". Qualsevol reparació i/o recanvi haurà de ser prèviament autoritzada per la Direcció de l'Hospital Comarcal Mora d'Ebre, en els termes assenyalats en el plec de condicions (els licitadors a les seves ofertes han d'assenyalar el preu dels recanvis i consumibles més usuals, així com els preus de les tarifes corresponents a l'any en curs, referits als costos de les intervencions de manteniment correctiu (cost hora operari, desplaçaments...).

L'empresa adjudicatària ha de portar a terme la planificació dels protocols de manteniment preventiu, correctiu i tècnic legal, tenint en compte les recomanacions realitzades pel Ministeri de Sanitat i Consum, en especial a la Circular Informativa 3/12, el Real Decret 1591/2009 i la Directiva Europea 93/42/CEE que regulen la utilització dels productes sanitaris, o qualsevol altre norma que entri en vigor en el transcurs del període de vigència del contracte.



L'adjudicatari comunicarà al Centre les dates de les operacions de manteniment anual amb antelació suficient, acordant l'horari en funció de l'activitat del servei.

Durant els treballs de calibratge si requereixen prescindir de l'equipament més de 48 hores l'adjudicatari haurà de facilitar un equipament de prestacions similars per poder garantir el correcte funcionament del servei. D'igual manera quan s'informi d'alguna avaria l'adjudicatari haurà de facilitar en un termini no superior a 48 hores des de la notificació de l'avaría d'un aparell de substitució i fins que la incubadora estigui en condicions de correcte funcionament.

9.4.- Garantia i servei tècnic

El termini de garantia de dos (2) anys es començarà a comptar amb l'acta de recepció (prova de d'acceptació) amb conformitat de l'aparell. La garantia de DOS (2) anys inclou:

- La substitució de l'equip en cas de vicis o defectes importants (materials i de funcionament).
- Manteniment preventiu programat: revisió periòdica de seguretat i control de funcionament, ajustos, calibratges, si s'escau, i altres operacions necessàries per al correcte funcionament dels aparells.
- Totes les operacions correctives necessàries per a la reparació d'avaries i defectes, incloses totes les peces de recanvi, mà d'obra i desplaçaments.

Així mateix, queden incloses totes les despeses de desplaçament del personal del servei de manteniment.

Quan es demostrï que l'avaría ha estat deguda a un mal ús per part de l'usuari durant el període de garantia, el contractista ho comunicarà al Responsable del Contracte. Serà l'Hospital Comarcal Mora d'Ebre qui, en aquest cas concret, assumirà el cost d'aquesta reparació d'acord amb els preus presentats en l'oferta.

Durant aquest termini qualsevol avaría o falta de conformitat haurà de ser reparada en un termini raonable mitjançant la reparació o la substitució. Si la reparació supera les 48 hores DURANT EL PERÍODE DE GARANTIA caldrà facilitar un equip de substitució en un termini no superior a 48 hores des de la detecció de l'avaría. Qualsevol d'aquestes opcions serà gratuïta, és a dir, no podrà tenir cap cost, per exemple, de transport, de mà d'obra o de materials.

9.5.- Documentació tècnica complementària

Amb el subministrament de l'equip, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació, en català o castellà:



Societat	Nº expedient anualitat	Nº document
GECO HSA	34/2017 (AJ 141/03)	03. PPT

- 2 manuals complets d'instruccions de funcionament de l'equip, amb totes les possibles utilitzacions de les seves parts, incloent preparació, posada en funcionament, precaucions i mesures en cas d'avaries.
- 2 manuals d'instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloses les instruccions de muntatge d'accessoris i llur aplicació.
- 2 manuals d'instruccions de manteniment que incloguin com a mínim:
 - a. instruccions per a neteja de l'equip;
 - b. instruccions per a manteniment preventiu;
 - c. instruccions sobre manteniment correctiu, amb relació d'avaries més usuals i llur solució.

Per les ofertes s'haurà de presentar la documentació que s'especifica al plec de clàusules administratives i tota aquella documentació que el licitador consideri de rellevància per fer la proposta entenedora.

Per a l'acceptació de l'oferta, tota la documentació tècnica recollida en aquest document s'haurà de lliurar en format digital i paper.

És preceptiva per l'admissió i valoració de les ofertes la presentació de la següent documentació:

- Cronograma de recepció i posada en marxa.
- Memòria de manteniment, on es descriguin les operacions i sistemàtica del manteniment i on es justifiqui el compliment d'allò disposat a l'apartat corresponent.
 - Pla de manteniment preventiu, programat, normatiu i legal.
 - Compromís de disponibilitat.
 - Consum de fungibles [detallant els mateixos] i energies.
 - Proposta de millora i actualització de l'equip.
 - Pla de formació del personal.
 - Tota la informació sol·licitada en la present licitació.
 - Memòria de l'oferta econòmica, on es descriguin les condicions del contracte d'arrendament, segons model:
 - Proposta econòmica de la incubadora.
 - Proposta econòmica del fungible compatible amb l'aparell, s'ha de presentar el preu unitari per control biològic.
 - Proposta econòmica del manteniment anual (calibratge)
 - Proposta econòmica de cost de hora de tècnic i cost desplaçament.
 - Proposta econòmica dels recanvis més usuals de l'aparell.

DESENA. MILLORES DEL SERVEI

Els licitadors poden incloure a la seva oferta tècnica, per a la seva posterior valoració, les millores que considerin oportunes en relació als mínims establerts en els presents Plecs de Prescripcions Tècniques.

ONZENA. BAIXES ANORMALS O DESPROPORCIONADES

De conformitat amb l'article 152.2 del TRLCSP, per determinar si una oferta incorre en un supòsit de anormalitat, es tindrà en compte l'oferta considerada en el seu conjunt i, en cap cas, exclusivament el preu.

Els criteris objectius en funció dels quals podria ser considerada una oferta com a desproporcionada o amb valors derivaran de la relació entre les magnituds obtingudes de les variables següents, que es calcularan en relació als criteris d'adjudicació que no són preu:


1. La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores.
2. Desviació de cada una de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions.
3. Càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe més o menys.

Podrà trobar-se una oferta incursa en valor anormal o desproporcionat, als efectes de l'article 152.3 del TRLCSP, quan la puntuació obtinguda estigui per damunt del valor que resulti de la suma de les variables 1 i 3, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica (preu) estigui també per sota de la mitjana de les ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores en un 10%.

De conformitat amb l'article 152.3 del TRLCSP caldrà donar audiència a tots els licitadors que hagin presentat una oferta anormal o desproporcionada perquè justifiquin, independentment de la seva posició inicial, ja que l'òrgan de contractació classificarà per ordre decreixent les proposicions presentades i que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals.

L'òrgan de contractació determinarà si efectivament l'oferta econòmica resulta anormal o desproporcionada i s'ha d'excloure o si, per contra, l'oferta no resulta anormal ni desproporcionada. Per aquest motiu, es sol·licitarà a l'empresa licitadora, mitjançant comunicació a l'adreça de correu electrònic del seu representant i que consti a l'ANNEX 2, FORMULARI DE DADES, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l'oferta i les pertinents justificacions. L'empresa licitadora disposarà d'un termini de deu dies, a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud, per presentar les justificacions per escrit, en el mateix lloc on s'ha de presentar l'oferta.

D'acord amb allò que disposa l'article 152.3 del TRLCSP, s'estableixen les condicions en què s'ha de justificar la anormalitat de l'oferta, en particular, pel que fa a l'estalvi que permeti el procediment d'execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables que disposi per executar la prestació, l'originalitat de les prestacions proposades, el respecte de les disposicions relatives a la protecció de l'ocupació i les condicions de treball vigents en el lloc en què es vagi a



realitzar la prestació, o la possible obtenció d'una ajuda de l'Estat, sense perjudici de justificar altres raons no enumerades en aquest precepte.

En el procediment per identificar una oferta anormal o desproporcionada la Mesa de Contractació sol·licitarà assessorament als vocals tècnics de la Mesa de Contractació per a la valoració i emissió del corresponent informe (criteris avaluable amb judicis de valor i criteris de quantificació automàtica), qui tenen coneixements en la matèria per poder efectuar un judici sobre la justificació presentada pel licitador.

En el supòsit que alguna de les ofertes econòmiques pugui ser considerada anormal o desproporcionada, es sol·licitarà la informació necessària per tal que l'òrgan de contractació pugui determinar si efectivament l'oferta econòmica resulta anormal o desproporcionada i s'ha d'excloure o si, per contra, l'oferta no resulta anormal ni desproporcionada.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l'òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l'empresa licitadora exclosa del procediment.

Si la Mesa de contractació rep la informació justificativa sol·licitada en el termini esmentat, la sotmetrà a l'òrgan de contractació per tal que aquest decideixi, previ l'assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l'acceptació de l'oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebutj.

DOTZENA. FACTURACIÓ

El pagament de la incubadora de controls biològics de vapor es realitzarà un cop fet l'acte de recepció (un cop es verifiqui el correcte funcionament de tots els components i s'hagi finalitzat la corresponent formació als professionals).

Si s'escau, les factures corresponents a les modificacions previstes per compra d'elements o intervencions de manteniment correctiu no incloses en el contracte s'emetran un cop entregat l'element i duta a terme, si s'escau, la seva posta en marxa o un cop efectuada l'actuació correctiva i verificat el correcte funcionament de l'equip.

Passat el període de garantia, comptat des de la data de recepció des del lliurament amb conformitat de tota la instal·lació de la incubadora de controls biològics de vapor, començarà el manteniment de l'equip i la seva corresponent facturació dels serveis. El pagament del servei de manteniment es realitzarà amb caràcter semestral, la meitat de l'import anual. Finalitzat el semestre el contractista haurà de presentar les factures en el lloc designat, que inclouran el detall dels treballs realitzats. Les factures seran abonades previ informe del Responsable del contracte i aprovació per la persona / òrgan competent, en els terminis legalment previstos.

Un cop finalitzat el treball objecte de facturació (lliurament de l'aparell/manteniment/actuació), el contractista disposa de 15 dies naturals a comptar d'aquesta data per presentar la factura en el registre de GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA, SA (GECOHS), ubicat al centre sanitari de l'HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS. OFICINES DE GINSA, AIE. DEPARTAMENT DE COMPTABILITAT. AVINGUDA DEL DOCTOR JOSEP LAPORTE, 2. 43204 REUS.



Societat	Nº expedient anualitat	Nº document
GECO HSA	34/2017 (AJ 141/03)	03. PPT

Rebuda la factura, el Responsable del Contracte disposa del termini màxim de 30 dies naturals a comptar a partir del dia següent a la data de realització de l'objecte de facturació per verificar la seva conformitat amb el disposat en el contracte (en el cas de les obres, la medició de l'obra executada, si s'escau).

El pagament es realitzarà en el termini de 30 dies naturals a comptar de la data en què hagi tingut lloc la verificació. Si no verificués l'objecte de facturació en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar a partir del següent a la data de la seva realització, el termini per efectuar el pagament començarà a comptar un cop finalitzats els 30 dies de la seva realització.

Si el contractista s'endarrereix en la presentació de la factura més enllà dels 15 dies, el termini per pagar es mantindrà, amb el benentès que aquest termini de pagament dependrà del moment de presentació de la factura en el registre de GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA, SA, segons les indicacions donades en aquesta clàusula.

Els terminis s'entendran interromputs quan es reclami al contractista l'esmena d'alguna deficiència en el compliment de les seves obligacions contractuals o se li requereixi modificar la factura i/o acreditació del compliment de les seves obligacions, reprenent-se de nou un cop esmenades aquestes deficiències.

Es podrà suspendre el pagament de les factures que en base al contracte tingués l'adjudicatari pendents de cobrament, si existeixen indicis que pugui resultar aplicable alguna penalitat o rescabament de danys i perjudicis.

En cas d'incompliment dels criteris de qualitat del servei o d'alguna de les obligacions derivades del contracte seran d'aplicació les deduccions associades al grau de compliment o desviació dels estàndards assenyalats, així com per les penalitzacions que en el seu cas es derivin de les seves actuacions, en la factura subsegüent/s.

En cas de resolució anticipada de contracte, caldrà abonar, en cas de no haver-se realitzat alguna de les revisions preventives previstes la part proporcional facturada; i/o pagar la part proporcional pendent de facturar en cas d'haver-se realitzat totes les revisions previstes.

Es fa constar que aquest document ha estat elaborat per la Sra. Pilar Vernet Moya, Directora de Serveis i Recursos de l'Àrea Altebrat i la Sra. Lourdes Celeiro Escartin, Supervisora de l'Àrea Quirúrgica de l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre.

Móra d'Ebre, 20 d'abril 2017.

Sra Pilar Vernet Moya
Directora de Serveis i Recursos
Àrea Altebrat

Declaro que conec i accepto la totalitat de clàusules que es disposen en aquest document (pàgina 1 a 16).

Oscar Ros Garrigós
Apoderat
Gestió Comarcal Hospitalària SA.